



UNIVERSIDADE DA CORUÑA
PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS

EXPEDIENTE Nº: 2008/1009 (Lote 7)
CENTRO:
DEPARTAMENTO / SERVIZO: CITEEC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Reactor encamisado de 20 litros (que permita cierre hermético, puntos de toma de muestra, control de temperatura)
- Carcasa opaca extraíble
- Motor de agitación para el reactor (la varilla debe tener paletas móviles a distintas alturas)
- Tanque de homogeneización 50 L
- Agitador para el tanque de homogeneización con varilla agitadora
- Bomba de alimentación (caudal variable regulable, hasta 10 L/min)
- Bomba de vaciado (caudal regulable 1- 2 L/min)
- Bomba para adición de ácido regulable (50 mL/min)
- Bomba para adición de base regulable (50 mL/min)
- Bomba para adición antiespumante regulable (50 mL/min)
- Bomba para adición de nutrientes
- Caudalímetro (hasta 50 L/min)
- pHmetro con sensor de pH
- oxímetro con electrodo
- Sensor de nivel
- Sensor de amonio
- Soporte metálico para el reactor

VALOR ESTIMADO: 21.551,73 euros
IMPORTE IVE (16%): 3.448,27 euros
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 25.000,00 euros

A Coruña, 8 de agosto de 2008

O reitor,

Por delegación,

O XERENTE

Resolución Reitoral: 03 - 02 - 04



Asdo.: Manuel Galdo Pérez