



UNIVERSIDADE DA CORUÑA
PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS

EXPEDIENTE Nº: 2008/1009 (Lote 8)
CENTRO:
DEPARTAMENTO / SERVIZO: CITEEC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- columna de (bio)lavado vidro 60 L, con relleno
- bidón con llave PP 50 L para alimentar a la columna
- 3 bombas centrífugas de 40 L/min
- 3 rotámetros para alimentación de aire, 400-4000 L/h
- 3 frascos de vidro graduados C/T 2L
- caudalímetro 2.5-25 L/h
- bomba peristáltica 50 L/h (caudal variable regulable)
- soporte metálico para el reactor
- pHmetro con electrodo de pH
- conductímetro con célula de conductividad
- vitrina con motor extracción de gases

VALOR ESTIMADO: 14.827,59 euros
IMPORTE IVE (16%): 2.372,41 euros
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 17.200,00 euros

A Coruña, 8 de agosto de 2008
O reitor,



Por delegación,
O XERENTE
Resolución Reitoral: 03-02-04

Asdo.: Manuel Galdo Pérez